

QUYẾT ĐỊNH

V/v mua sắm tài sản công theo phương thức phân tán
của Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ, quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;

Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 05/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh, ban hành Quy định về phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đắk Lắk;

Căn cứ Công văn số 318/HĐND-VP ngày 25/7/2019 của Thường trực HĐND tỉnh, về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng cho Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 202/TTr-STC ngày 27/6/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt mua sắm tài sản công theo phương thức phân tán cho Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên, từ nguồn thu sự nghiệp của đơn vị (chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên (Bên mời thầu) có trách nhiệm thực hiện việc mua sắm tài sản công theo đúng quy định hiện hành của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản khác có liên quan.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Y tế; Giám đốc Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên; Giám đốc Kho bạc Nhà nước

tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký. / 7/20

Nơi nhận

- Như điều 3;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Công TTĐT của tỉnh;
- Trang Web VP. UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KT (y_12 b).

CHỦ TỊCH



Phạm Ngọc Nghị

PHỤ LỤC
DANH MỤC BỘ PHÁT TIA X CHO MÁY CHỤP CẮT LỚP ĐIỆN TOÁN
SOMATOM DEFINITION AS 64 CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA VÙNG TÂY NGUYÊN
 (Kèm theo Quyết định số **2056/QĐ-UBND** ngày **30** /7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
 Đơn vị tính: đồng

TT	Tên hàng	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
01	<p>Bộ phát tia X cho máy chụp cắt lớp điện toán STRATON MX P</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hãng sản xuất: Siemens. - Mã số: 10141785 - Nước sản xuất: Đức. - Năm sản xuất: 2019. <p>Thông số kỹ thuật Bóng CT: Bóng CT hiệu suất cao – STRATION MX P Dòng bóng: 20 – 660 mA Thế chụp: 70, 80, 100, 120, 140 kV Dung lượng trữ nhiệt Anode bóng CT: 0 MHU (0.6 MHU dung lượng kết hợp với tốc độ tản nhiệt 7.3 MHU/min (5.400 kJ/min) tương đương với công suất trữ nhiệt anode của bóng CT thường quy là 50 MHU (37.00 kJ) Tốc độ tản nhiệt: 7.3 MHU/phút Tiêu điểm bóng theo tiêu chuẩn IEC 60336: 0,7 x 0,7 mm/7o; 0,7 x 1,1 mm/7o</p>	Bộ	01	3.435.000.000	3.435.000.000
	Tổng cộng				3.435.000.000

26